






- Capacidad para **42 determinaciones** en cámaras de reacción independientes.
- Kits completos de pretratamiento y sondas **"listas para uso"**
- Sistema innovador de dispensación y extensión de sondas que permite una completa cobertura del tejido y una hibridación homogénea y de alta calidad.
- Protocolos y reactivos calibrados y validados para proporcionar una alta sensibilidad y especificidad analítica.
- Sencillez y facilidad de uso.
- Limpieza totalmente automática del sistema.

Automatización - Hibridación "in situ" Fluorescente (**FISH**)



Automatización Hibridación “in situ” Fluorescente (FISH)

SARCOMAS Y GLIOMAS

EWSR1 Break Apart
FOXO1 Break Apart
MDM2/CEN12
FUS Break Apart
SS18 Break Apart
DDIT3 (CHOP) Break Apart
1p36/1q25
19q13/19p13

ONCOHEMATOLOGÍA

BCL2 Break Apart
BCL6 Break Apart
CCND1 Break Apart
MYC Break Apart
IGH Break Apart
MALT1 Break Apart

MAMA


HER2 (17q12)/CEN17

OTROS TUMORES SÓLIDOS


TFE3 Break Apart

PULMÓN


ALK Break Apart
ROS1 Break Apart
MET/CEN7



Liposarcoma indiferenciado con
amplificación del gen MDM2



Linfoma folicular con
translocación de BCL2



Carcinoma renal asociado a la
translocación Xp 11.2 en
un paciente femenino

Ofrecemos también la posibilidad de realizar FISH semi-automático completando el panel de sondas de tumores sólidos.



www.vitro.bio

C/ Luis Fuentes Bejarano 60 Ed.
Nudo Norte (local3) 41020 Sevilla
Teléfono: +34 954 93 32 00
sales@vitro.bio
www.vitro.bio